

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

na:
„Dostawę aparatu USG”

**o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp.**

Zatwierdził

Kierownik SGZÓZ w Jasienicy

Jasienica, dnia 18.12.2018r.

Rozdział 1. Zamawiający

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845

tel. nr 33/8153283, fax nr 33/8153283

e – mail: kierownik@sgzozjasienica.pl

Strona internetowa: www.bip.sgzozjasienica.pl

NIP 937-217-41-78

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845

znak postępowania: SGZOZ/ZP.1.2018

Rozdział 2. Tryb postępowania

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (**Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.**).

Ilekoć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.

Dokonana zmiana treści specyfikacji udostępniona będzie na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Wszelkie ewentualne zapytania, wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, treść odwołań wniesionych na ogłoszenie o zamówieniu i/lub na treść zapisów SIWZ umieszczane będą na **stronie internetowej Zamawiającego** www.bip.sgzozjasienica.pl

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.sgzozjasienica.pl

- tablica ogłoszeń w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.

4. Niniejsza SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl i pobierana jest samodzielnie przez wykonawców.

5. Wykonawcy winni **monitorować na bieżąco** zawartość umieszczonych tam informacji, w celu sprawdzenia czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej w pkt. 2. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG na potrzeby Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) dostawa sprzętu wraz z wyposażeniem do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego,

2) montaż sprzętu,

3) uruchomienie sprzętu,

4) szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu,

5) szkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji,

6) co najmniej jedno dodatkowe szkolenie pracowników, w terminie późniejszym, jeżeli wystąpi taka konieczność i zostanie ona zgłoszona Wykonawcy przez Zamawiającego.,

7) zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach wskazanych w **umowie** stanowiącej **załącznik nr 9** do SIWZ.

8) Szczegółowy opis parametrów urządzenia zawiera **załącznik nr 3** do SIWZ (**Wymagane minimalne parametry aparatu USG**).

CPV: 33112200 -0 Aparaty ultrasonograficzne

2. Aparat USG musi być fabrycznie nowy i sprawny technicznie, musi spełniać europejskie normy bezpieczeństwa oraz posiadać niezbędne atesty/certyfikaty.

3. Dokumenty te winny być opracowane w języku polskim.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji przez okres wskazany w ofercie.

5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia i pozostałych materiałach przetargowych znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wyłącznie wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować sprzęt o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 przewiduje najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Informacje dotyczące zamówienia

a) Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania w związku z tym ofert częściowych.

b) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

c) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp,

d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

e) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.,

f) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

h) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.

i) Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty, o którym mowa w art. 10a ust. 2 ustawy.

j) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

k) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

l) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Informacja o podwykonawcach.

1) Zamawiający nie ogranicza realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- 7) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy **niż 14 dni** od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi.
- 8) Zamawiający, w terminie 5 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego dokumentu, jeśli:
- a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 7
- 9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
- 10) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są **dostawy lub usługi**, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł.
- 11) Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **spełnią warunki**, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - *Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 2A do SIWZ).*

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - *Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 2A do SIWZ).*

3) zdolności technicznej lub zawodowej :

- wiedzy i doświadczenia - Wykonawca winien wykazać: że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. **dostawy aparatu USG**, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto, każda z dwóch dostaw.

- potencjału technicznego - *Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 2A do SIWZ).*

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp.

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może przedstawić dowody o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (*wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ*),

3) Wykonawca, może polegać na zdolnościach innych podmiotów dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeśli podmioty te zrealizują dostawę lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5) Wykonawca który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają **pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3) **Wspólnicy spółki cywilnej** są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu potwierdzenia **spełnienia warunków** udziału w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zamawiający **wymaga dołączenia do oferty (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ):**

a) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca **spełnia warunki** udziału w postępowaniu. (wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2A** do SIWZ),

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z wykonawców.

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o **braku podstaw do wykluczenia** Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, (wzór oświadczenia stanowi – **załącznik nr 2B** do SIWZ),

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów lub zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z wykonawców.

c) Parametry techniczne oferowanego aparatu USG – **załącznik nr 6** do SIWZ

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

e) w przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) niewymienion(ą) w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy oferty dołączyć stosowne **pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumencie.

f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składa **zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi **załącznik nr 5** do SIWZ),

UWAGA

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5. przekazuje Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 8** do SIWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie oddzielnie.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. tj.:

2.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, w ramach której dostarczył aparat o wartości min. 100.000,00 zł brutto każda z dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należyście (*referencje lub inny dokument o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U z 2016 poz. 1126*). Wzór wykazu dostaw stanowi **załącznik nr 7** do SIWZ.

2.2. W celu potwierdzenia **braku podstaw wykluczenia** Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

2) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 1). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument o którym mowa w pkt. 1) składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

2.3 Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

- wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.),

- w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

- w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

- w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt. 2.2 ppkt.1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. Forma dokumentów i oświadczeń.

- 1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 3) Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem zamawiający uważa złożenie na kopii dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” i czytelnego własnoręcznego podpisu lub podpisu wraz z pieczętką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
- 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 5) Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i oświadczeń, zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.
- 6) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informację wprowadzającą w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem pośtańca.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem pośtańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
4. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności **w formie pisemnej.**
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Jan Matuszek, telefon 33/8153283. e-mail: kierownik@sgzozjasienica.pl, fax: 33/8153283.
Kontaktować można się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00
6. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności jak również odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą niezwłocznie, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Rozdział 8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający na podstawie złożonych z ofertą oświadczeń i dokumentów może uznać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty i stanowić będzie potwierdzenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, jeżeli nie zostały dołączone do oferty.
3. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może

na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 10. Termin związania ofertą

1. Wymagany termin związania ofertą wynosi zgodnie z art. 85 ustawy **30 dni** od dnia składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofert ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,

2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,

3) Ofertę składa się w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi **załącznik nr 1** do SIWZ

4) Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1.

5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

6) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

PRZETARG

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: SGZOZ/ZP.1.2018

„Dostawa aparatu USG”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 03.01.2019r. r. godz. 9:30

7) w przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) niewymienion(ą) w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne **pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumencie.

8) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Pełnomocnika,

9) W przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zobowiązany jest składając ofertę poinformować czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Obowiązek doliczenia podatku VAT przez zamawiającego do przedstawionej w ofercie ceny znajdzie zastosowanie w szczególności w przypadkach przewidzianych w art. 17 ustawy o VAT.

10) Jeżeli Wykonawca zamierza do oferty załączyć dokumenty lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to zobowiązany jest wszystkie dane objęte klauzula „*tajemnica przedsiębiorstwa*” umieścić w oddzielnej kopercie opisanej: „*Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa*” oraz dołączyć do pozostałej części oferty. W przypadku nie zastosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za ujawnienie zastrzeżonych informacji podczas procedury otwarcia ofert lub podczas jej sprawdzania ponosi wykonawca. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicą przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 03.01.2019r. do godziny **9:30** w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 pok. nr 26
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.01.2019r. o godzinie **9:35** w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 pok. nr 25
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. W cenie należy ująć wszystkie materiały i prace, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania.
2. W okresie trwania umowy zamawiający nie przewiduje zmian cen podanych w ofercie.
3. Ceny w ofercie zostaną podane przez wykonawcę w całości w walucie polskiej.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A. CENA OFERTOWA – 60 pkt.

liczonym wg wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{of bad}}} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

$C_{\text{of bad}}$ – cena ofertowa brutto badanej oferty,

C_{\min} – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

B. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ – wydłużenie okresu gwarancji – 40 pkt.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie podanego przez Wykonawcę okresu wydłużenia gwarancji (w miesiącach) w formularzu oferty.

Najkrótszy okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę to **24** miesiące, a najdłuższy jaki będzie uwzględniany przez zamawiającego to **48** miesięcy.

Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał punkty wg wzoru:

$$G = \frac{G_{\text{of. bad}} - G_{\min}}{G_{\max} - G_{\min}} \times 40 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$G_{\text{of bad}}$ – okres gwarancji podany w ofercie badanej. Wykonawcy mogą podać okres gwarancji w zakresie od min. **24 miesiące do max. 48 miesięcy.**

G_{\min} - najkrótszy okres gwarancji określony przez Zamawiającego to **24 miesiące**

G_{\max} – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego to **48 miesięcy.**

Podając okres gwarancji 24 miesiące Wykonawca otrzyma 0 pkt. Natomiast podając okres gwarancji 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 40 pkt. Inne okresy gwarancji podane przez Wykonawców w zakresie od 24 do 48 miesięcy będą liczone wg powyższego wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wg. poniższego wzoru:

$$P = A + B$$

gdzie: **A** – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena.

B – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium okres gwarancji

P – liczba punktów przyznana ofercie.

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie umieszczona również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, **albo 10 dni** – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 9** do SIWZ.
2. Dopuszcza się zmianę treści umowy w zakresie:
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
 - a. ograniczenia zakresu zamówienia objętego niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia,
 - b. zmiany stawki VAT, wynikającej ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego z zastrzeżeniem, że wartość brutto pozostaje bez zmian,
 - c. gdy Zamawiający stwierdzi, iż realizacja części zamówienia nie leży w interesie publicznym.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie dotyczącym zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Zgodnie z art. 179 i 180 ustawy –Prawo zamówień publicznych (Pzp), Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6. W przypadku odwołania mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI ustawy. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać, bezpośrednio analizując art.179 do 198 ustawy.

7. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podst. art. 198 ustawy:

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018r., poz. 1082 z póź. zm.).

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).

Jasienica, dnia **18.12.2018 r.**

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy

Jan Matuszek

Załączniki:

- druk oferty (załącznik nr 1)
- druk oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 2A
- druk oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 2B)
- wymagane minimalne parametry aparatu USG –załącznik nr 3
- klauzula dotycząca RODO - załącznik nr 4
- zobowiązanie innych podmiotów - załącznik nr 5
- parametry techniczne oferowanego aparatu USG – załącznik nr 6
- wykaz zrealizowanych dostaw – załącznik nr 7
- informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 8
- projekt umowy- załącznik nr 9

Załącznik nr 1

Zamawiający:
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

tel. / fax:/.....

e-mail:

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OFERTA

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Dostawa aparatu USG”.

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, **ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ:**

netto(bez podatku VAT) PLN

podatek VAT w wysokości% tj. PLN

brutto (łącznie z podatkiem VAT) PLN

(słownie:)

2.

Okres gwarancji		m-cy
-----------------	--	------

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy.

3.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018 poz. 646) jestem/jesteśmy	mikro przedsiębiorstwem <i>Tak/Nie</i>	małym przedsiębiorstwem <i>Tak/Nie</i>	średnim przedsiębiorstwem <i>Tak/Nie</i>

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- a) czy Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (Tak/Nie)
b) czy Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej (Tak/Nie)

4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym, określone w Rozdziale. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączamy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

6. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujący zakres zamówienia:

- a) wykonanie Firma o nazwie: z siedzibą
w Reprezentowana przez:
- b) wykonanie Firma o nazwie: z siedzibą
w Reprezentowana przez:

7. Oświadczam, że spełniono wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

....., dn. _ _ . _ _ . _ _ r.

.....

*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka/*

Ta oferta zawiera następujące załączniki:

.....
.....
.....

Załącznik Nr 2A

Zamawiający:
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845

Wykonawca:

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

prowadzonego przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

(oznaczenie zamawiającego), **oświadczam, co następuje:**

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

Rozdziale 5 ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w **Rozdziale 5 ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

.....

.....,

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Załącznik nr 2B

Zamawiający:
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
reprezentowany przez:

.....
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

prowadzonego przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik nr 3

Zamawiający:
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845
„Dostawa aparatu USG ”
(nazwa zamówienia publicznego)

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE APARATU USG

L.p.	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana
PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO			
1.	2.	3.	4.
1.	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018	Tak	
2.	Gwarancja	Min. 24 miesiące	
3.	Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej	Tak	
4.	Ilość niezależnych kanałów procesowych	Powyżej 60 000	
5.	Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu	Min. 1,5-16 MHz	
6.	Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektronicznie	Min. 4	
7.	Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie	Min. 240 dB	
8.	Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 12 cali	Tak	
9.	Monitor LCD bez przeplotu o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość) niezależnie od pulpitu.	Tak	
10.	Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania	Tak	
11.	Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim	Tak	
12.	Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows	Tak	
13.	Pojemność dysku twardego	Min. 1 TB	
14.	Min. 5 portów USB w tym 2 z przodu aparatu	Tak	
15.	Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu	Tak	
16.	Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów)	Min. 70	
17.	Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego	Tak	
18.	Ilość klatek pamięci CINE	Min. 15 000	

19.	Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić)	Tak	
20.	Biało-czarna drukarka termiczna	Tak	
TRYBY OBRAZOWANIA			
1.	2.	3.	4.
1.	Tryb 2D (B-Mode)	Tak	
2.	Zakres ustawienia głębokości penetracji	Min. 2 – 40 cm	
3.	Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE	Min. 10x	
4.	Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran	Tak	
5.	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz	Tak	
6.	Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC)	Min. 8 stref	
7.	Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC)	Min. 6 stref	
8.	Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn	Tak	
9.	Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni)	Tak	
10.	Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi	Tak	
11.	Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)	Tak	
12.	Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego	Min. 9	
13.	Prędkość odświeżania w trybie 2D	Powyżej 1300 obr./sek.	
14.	Tryb M	Tak	
15.	Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M	Min . 5	
16.	Tryb M z efektem Dopplera kolorowego	Tak	
17.	Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego	Tak	
18.	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)	Tak	
19.	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0°	Min. 9 m/s	
20.	Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej	Min. 0,5 - 30 mm	

21.	Kąt korekcji bramki dopplerowskiej	Min. 0 do +/-89 stopni	
22.	Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku	Tak	
23.	Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego	Tak	
24.	Tryb Doppler Kolorowy (CD)	Tak	
25.	Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego	Powyżej 500 obr./sek.	
26.	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych	Min. +/-30 stopni	
27.	Tryb angiologiczny /Power Doppler/	Tak	
28.	Tryb Power Doppler kierunkowy	Tak	
29.	Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach	Tak	
30.	Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/	Tak	
31.	Tryb Triplex /2D+PWD+CD/	Tak	
32.	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego. Automatyczne ustawienie pola Dopplera kolorowego w naczyniu.	Tak	
33.	Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych	Tak	
GŁOWICE			
1.	2.	3.	4.
1.	Głowica convex wykonana w technologii single crystal lub podobnej poprawiającej jakość obrazowania, wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologiczno-położniczych, echa płodu i innych.	Tak	
2.	Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 1,5-5,0 MHz	
3.	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3	
4.	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 4	
5.	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler	Min. 3	
6.	Ilość elementów	Min. 192	
7.	Kąt pola obrazowego głowicy	Min. 60 stopni	
8.	Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy	Min. 80 stopni	

9.	Głębokość obrazowania	Min. 40 cm	
10.	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchniowo położonych narządów.	Tak	
11.	Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 3–13 MHz	
12.	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3	
13.	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 3	
14.	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler	Min. 3	
15.	Długość pola obrazowego	Poniżej 40 mm	
16.	Ilość elementów	Min. 192	
17.	Obrazowanie trapezowe	Tak	
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE			
1.	2.	3.	4.
1.	Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym	Tak	
2.	Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, małe i powierzchniowe narządy, urologia i inne	Tak	
3.	Raporty z każdego rodzaju badań	Tak	
4.	Możliwość dołączania zdjęć do raportu	Tak	
OPCJE ROZBUDOWY (dostępne na dzień składania ofert)			
1.	2.	3.	4.
1.	Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania powyżej 50 objętości/sek.	Tak	
2.	Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna	Tak	
3.	Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC	Tak	
4.	Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie	Tak	
5.	Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu.	Tak	
6.	Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D.	Tak	

7.	Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL)	Tak	
8.	Automatyczny pomiar NT	Tak	
9.	Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D	Tak	
10.	Obrazowanie panoramiczne	Tak	
11.	Obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze	Tak	
12.	Automatyczny pomiar IMT	Tak	
13.	Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego w tym z niskim indeksem mechanicznym	Tak	
14.	Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D	Tak	
15.	Maksymalna mierzona prędkość przepływu w trybie CWD przy kącie korekcji 0°	Min. 20 m/s	
16.	Moduł EKG wbudowany w aparat	Tak	
17.	Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy	Tak	
18.	Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie	Tak	
19.	Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF	Tak	
20.	Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana na bazie Dopplera tkankowego	Tak	
21.	Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego)	Tak	
22.	Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio	Tak	
23.	Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy). Wynik uzyskany jako obraz elastogramu w mapach koloru oraz w wartościach liczbowych. Analiza wykonanego badania elastograficznego – jednostka miary kPa	Tak	
24.	Możliwość bezprzewodowego połączenia z siecią – Wi-Fi	Tak	
25.	Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist, MPPS, Query/Retrieve	Tak	
26.	Głowice convex, endokawitarne, liniowe i sektorowe (phased array) inne niż oferowane	Tak	
INNE			
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem)	Tak	

2.	Szkolenia z obsługi aparatu: minimum 2 (w dwóch różnych terminach) dla 4 osób	Tak	
3.	Certyfikat lub inny dokument dopuszczający aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagany obowiązującymi przepisami prawa, jak: certyfikaty CE, deklaracje zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami/	Tak	
4.	Dostawca i serwis muszą posiadać autoryzację producenta	Tak	
5.	Czas reakcji serwisu – 48 godz. w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)	Tak	
6.	Czas naprawy – 3 dni robocze a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)	Tak	
7.	Przeeglądy w okresie gwarancji – min. 1 na rok	Tak	
8.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych – min. 10 lat	Tak	

Załącznik nr 4

Zamawiający: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845
„Dostawa aparatu USG ”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	W świetle obowiązujących przepisów Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Dane kontaktowe administratora: Jasienica 845, 43-385 Jasienica, tel: 33/8153283 e-mail: kierownik@sgzozjasienica.pl sekretariat@jasienica.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy: 43-385 Jasienica 845 tel: 33/8153283, e-mail: : iod@sgzozjasienica.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SGZOZ/ZP.1.2018 „Dostawa aparatu USG” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 Pzp;
ODBIORCY DANYCH	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEMOWANIU DECYZJI	W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ posiada Pani/Pan: <ul style="list-style-type: none"> – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nie przysługuje Pani/Panu: <ul style="list-style-type: none"> – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

* *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na:

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) będąc upoważnionym(/mi) do

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

reprezentowania:

.....

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oddam/my Wykonawcy:

.....

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby

(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonania zamówienia pn.

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

przez okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących: **wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia**, zobowiązuje się **do realizacji dostaw w zakresie udostępnionych przeze mnie zasobów.**

.....
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Zamawiający:
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845
„Dostawa aparatu USG ”
(nazwa zamówienia publicznego)

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO APARATU USG

L.p.	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana
PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO			
1.	2.	3.	4.
21.	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018	Tak	
22.	Gwarancja	Min. 24 miesiące	
23.	Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej	Tak	
24.	Ilość niezależnych kanałów procesowych	Powyżej 60 000	
25.	Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu	Min. 1,5-16 MHz	
26.	Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne	Min. 4	
27.	Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie	Min. 240 dB	
28.	Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 12 cali	Tak	
29.	Monitor LCD bez przeplotu o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość) niezależnie od pulpitu.	Tak	
30.	Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania	Tak	
31.	Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim	Tak	
32.	Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows	Tak	
33.	Pojemność dysku twardego	Min. 1 TB	
34.	Min. 5 portów USB w tym 2 z przodu aparatu	Tak	
35.	Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu	Tak	
36.	Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów)	Min. 70	
37.	Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz	Tak	

	kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego		
38.	Ilość klatek pamięci CINE	Min. 15 000	
39.	Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmacnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić)	Tak	
40.	Biało-czarna drukarka termiczna	Tak	
TRYBY OBRAZOWANIA			
1.	2.	3.	4.
34.	Tryb 2D (B-Mode)	Tak	
35.	Zakres ustawienia głębokości penetracji	Min. 2 – 40 cm	
36.	Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE	Min. 10x	
37.	Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran	Tak	
38.	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz	Tak	
39.	Strefowe wzmacnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC)	Min. 8 stref	
40.	Strefowe pionowe wzmacnienie obrazu (LGC)	Min. 6 stref	
41.	Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn	Tak	
42.	Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni)	Tak	
43.	Technologia wzmacnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrenia krawędzi	Tak	
44.	Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)	Tak	
45.	Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego	Min. 9	
46.	Prędkość odświeżania w trybie 2D	Powyżej 1300 obr./sek.	
47.	Tryb M	Tak	
48.	Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M	Min . 5	
49.	Tryb M z efektem Dopplera kolorowego	Tak	
50.	Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego	Tak	
51.	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)	Tak	
52.	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0°	Min. 9 m/s	
53.	Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej	Min. 0,5 - 30 mm	

54.	Kąt korekcji bramki dopplerowskiej	Min. 0 do +/-89 stopni	
55.	Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku	Tak	
56.	Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego	Tak	
57.	Tryb Doppler Kolorowy (CD)	Tak	
58.	Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego	Powyżej 500 obr./sek.	
59.	Regulacja uchyłności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych	Min. +/-30 stopni	
60.	Tryb angiologiczny /Power Doppler/	Tak	
61.	Tryb Power Doppler kierunkowy	Tak	
62.	Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach	Tak	
63.	Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/	Tak	
64.	Tryb Triplex /2D+PWD+CD/	Tak	
65.	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego. Automatyczne ustawienie pola Dopplera kolorowego w naczyniu.	Tak	
66.	Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych	Tak	
GŁOWICE			
1.	2.	3.	4.
18.	Głowica convex wykonana w technologii single crystal lub podobnej poprawiającej jakość obrazowania, wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologiczno-położniczych, echa płodu i innych.	Tak	
19.	Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 1,5-5,0 MHz	
20.	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3	
21.	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 4	
22.	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler	Min. 3	
23.	Ilość elementów	Min. 192	
24.	Kąt pola obrazowego głowicy	Min. 60 stopni	
25.	Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy	Min. 80 stopni	
26.	Głębokość obrazowania	Min. 40 cm	
27.	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i	Tak	

	małych oraz powierzchniowo położonych narzędów.		
28.	Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 3–13 MHz	
29.	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3	
30.	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 3	
31.	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler	Min. 3	
32.	Długość pola obrazowego	Poniżej 40 mm	
33.	Ilość elementów	Min. 192	
34.	Obrazowanie trapezowe	Tak	
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE			
1.	2.	3.	4.
5.	Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym	Tak	
6.	Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, małe i powierzchniowe narządy, urologia i inne	Tak	
7.	Raporty z każdego rodzaju badań	Tak	
8.	Możliwość dołączania zdjęć do raportu	Tak	
OPCJE ROZBUDOWY (dostępne na dzień składania ofert)			
1.	2.	3.	4.
27.	Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania powyżej 50 objętości/sek.	Tak	
28.	Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna	Tak	
29.	Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC	Tak	
30.	Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie	Tak	
31.	Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu.	Tak	
32.	Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D.	Tak	
33.	Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL)	Tak	
34.	Automatyczny pomiar NT	Tak	
35.	Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D	Tak	

36.	Obrazowanie panoramiczne	Tak	
37.	Obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze	Tak	
38.	Automatyczny pomiar IMT	Tak	
39.	Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego w tym z niskim indeksem mechanicznym	Tak	
40.	Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D	Tak	
41.	Maksymalna mierzona prędkość przepływu w trybie CWD przy kącie korekcji 0°	Min. 20 m/s	
42.	Moduł EKG wbudowany w aparat	Tak	
43.	Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy	Tak	
44.	Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie	Tak	
45.	Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF	Tak	
46.	Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana na bazie Dopplera tkankowego	Tak	
47.	Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego)	Tak	
48.	Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio	Tak	
49.	Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy). Wynik uzyskany jako obraz elastogramu w mapach koloru oraz w wartościach liczbowych. Analiza wykonanego badania elastograficznego – jednostka miary kPa	Tak	
50.	Możliwość bezprzewodowego połączenia z siecią – Wi-Fi	Tak	
51.	Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist, MPPS, Query/Retrieve	Tak	
52.	Głowice convex, endokawitarne, liniowe i sektorowe (phased array) inne niż oferowane	Tak	
INNE			
9.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem)	Tak	
10.	Szkolenia z obsługi aparatu: minimum 2 (w dwóch różnych terminach) dla 4 osób	Tak	
11.	Certyfikat lub inny dokument dopuszczający aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagany obowiązującymi przepisami prawa, jak: certyfikaty CE, deklaracje zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych - zgodnie z	Tak	

	Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami/		
12.	Dostawca i serwis muszą posiadać autoryzację producenta	Tak	
13.	Czas reakcji serwisu – 48 godz. w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)	Tak	
14.	Czas naprawy – 3 dni robocze a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)	Tak	
15.	Przeglądy w okresie gwarancji – min. 1 na rok	Tak	
16.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych – min. 10 lat	Tak	

....., dn. _ . _ . _ r.

.....

*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki/*

Wykaz zrealizowanych robót

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie należycie wykonałem, niżej wymienione dostawy :

Lp.	Nazwa zadania	Zamawiający		Wartość zamówienia w zł.	Termin wykonania zamówienia	Miejsce realizacji zamówienia
		Nazwa	Adres			
1.						
2.						
3.						

Oświadczam/my* że:

poz.....wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,

poz.....wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny podmiot, na potwierdzenie czego załączam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

Wykonawca dołącza dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie, np., referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

....., dn. __ . __ . ____ r.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ZGODNIE Z ART. 24 ust. 11 ustawy Pzp**

Zamawiający:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

oświadczam, co następuje:

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej oświadczam, **że należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi/ą Wykonawca/y, który/rzy złożył/li ofertę tj.:

1.

2.

3.

(wpisać wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, przedstawiam następujące informacje i dowody, że powiązania z ww. podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

.....
..... (miejscowość), dnia r.

.....
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka